

Филиал ПАО «РусГидро» -  
«Волжская ГЭС»  
Служба РЗАиМ  
Участок ТАиВ

Объект: 21Г. ЗНВ 21Г

Дата: 25.03.2021г.


**Акт**  
о взаимозаменяемости

Настоящим актом подтверждается:


1. **Совместимость** (конструктивная, аппаратная, электрическая) каналов ИКВ144.14 производства ООО "НПП ТИК" с измерительно-вычислительными комплексами для мониторинга работающих механизмов серии 3500 производства Bently Nevada.
2. **Взаимозаменяемость** преобразователей перемещения токовихревых модификации BN-3300XL производства Bently Nevada с каналами ИКВ144.14, не требующая перенастройки верхнего уровня программного обеспечения измерительно-вычислительных комплексов для мониторинга работающих механизмов серии 3500.
3. **Сходимость показаний** каналов ИКВ144.14 с показаниями преобразователей перемещения токовихревых модификации BN-3300XL. Сходимость результатов проверялась в рамках метрологических характеристик и укладывается в заявленные погрешности каналов и преобразователей.

**Каналы ИКВ144.14** производства ООО "НПП ТИК" **совместимы** с измерительно-вычислительными комплексами для мониторинга работающих механизмов серии **3500** производства **Bently Nevada** и могут быть использованы вместо преобразователей перемещения токовихревых модификации **BN-3300XL** производства **Bently Nevada**.

Ведущий специалист сервис центра  
ООО НПП «ТИК»

 Созонов И.И.

Начальник участка ТАиВ службы РЗАиМ  
Филиал ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС»

 Прокопенко А.И.